

Số: 525/ CV-TTYTYM

Yên Mô, ngày 11 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Yên Mô đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mô với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận Văn Thư, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô hoặc Khoa Dược-TTB-VTTYT (Phạm Thị Hà Phương, SĐT: 0389967355).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận bản giấy báo giá: (các đơn vị có thể gửi trực tiếp báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát) bộ phận Văn Thư, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô;

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 11 tháng 10 năm 2024 đến trước 08h00 ngày 22 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: (có Phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Yên Mô.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

Tạm ứng: không.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản khi đã có đầy đủ chứng từ hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

Tình trạng hàng hóa: mới 100%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website trung tâm;
- Lưu: VT, Dược.



Lê Xuân Mạnh



DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số 525/CV-TTYYTM ngày 11/10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Mô)

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/ Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình
1	Nồi hấp tiệt trùng dung tích nhỏ bán tự động	Cái	01	Cấu hình yêu cầu: - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ bao gồm: + Rọ đựng vật hấp: 01 Cái + Dây nối đất: 01 Cái + Ống xả nước: 01 Cái Thông số kỹ thuật: Dung tích buồng hấp: 20 lít Nắp nồi, ruột nồi: INOX SUS 304 Áp lực làm việc: $1,05 \div 2,2 \text{ Kg/Cm}^2 (\pm 0,1 \text{ Kg/Cm}^2)$ Nhiệt độ hấp: $105 \div 1340\text{C}$ Áp suất mở van an toàn: $\geq 2,4 \text{ Kg/cm}^2 \pm 0,1 \text{ kg/cm}^2$. Thời gian hấp: $0 \div 60$ phút. Công suất trung bình: $900 \text{ (W)} \pm 10\%$ Bộ điều chỉnh áp lực hấp bằng cơ: $1,05 \div 2,2 \text{ Kg/cm}^2$ Chế độ bảo vệ: Tự động ngắt máy khi hết nước Kích thước buồng hấp: ($\Phi 260 \times 375$) mm Kích thước sản phẩm: ($420 \times 360 \times 620$) mm
2	Máy khoan sương	Cái	01	Cấu hình yêu cầu: Thân khoan: 01 cái Pin: 01 cái

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/ Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình
				Bộ chuyển đổi nguồn: 01 bộ Vòng chuyển pin: 01 cái Dụng cụ tháo xiết mũi k hoan: 01 cái Vali đựng máy: 01 cái Thông số kỹ thuật: Pin: 16.8V Bộ chuyển nguồn: AC220V/50Hz Tiếng ồn $\leq 63\text{dB}$ Công suất đầu ra máy chủ: $\geq 40\text{W}$ Mômen xoắn: $\geq 3.5\text{N.m}$ Tốc độ: $\geq 800\text{r/phút}$
3	Máy khoan cưa điện y tế (máy cưa bột)	Cái	01	Cấu hình cung cấp Máy cưa chính : 01 cái Lưỡi cưa bột tròn đường kính 64mm: 01 cái Lưỡi cưa bột tròn đường kính 43mm: 01 cái Lưỡi cưa bột lác đường kính 52mm: 01 cái Cây lục giác để mở lưỡi cưa: 01 cái Hộp đựng: 01 cái Thông số kỹ thuật Nguồn điện họa động : 220V – 50Hz Công suất : 80W Có thể điều chỉnh được tốc độ quay bằng nút xoay Độ ồn khi hoạt động: $\leq 90\text{dB}$
4	Máy điện châm	Cái	05	Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 cái Adapter chuyển đổi dòng điện: 01 cái Bộ điện cực cao su chì và điện cực dán:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/ Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình
				01 bộ Bộ dây châm cứu kèm kẹp cá sấu: 05 bộ Bộ dây kết hợp miếng dán: 01 bộ Bút dò huyết: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Tần số chỉ thị bằng ánh sáng LED xanh - Nguồn đèn Led ánh sáng xanh - Độ nhạy của đầu dò huyết: Khi trở kháng cơ thể $R=20K\Omega\sim500K\Omega$, $\Delta R=-20K\Omega$, $R=510K\Omega\sim1M\Omega$, $\Delta R=-50K\Omega$ Hiệu điện thế đầu ra: 9VDC Nguồn vào: 220V/50Hz, đầu ra: DC 9V/150mA Công suất tiêu thụ tối đa: nhỏ hơn 5W Kích thước: 222x 170x 75mm, tiêu chuẩn an toàn lớp II kiểu BF.
5	Máy xông khí dung	Cái	04	Cấu hình yêu cầu: - 01 Máy chính - 01 Bình phun khí dung HI-FLO - 01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn - 01 Mask thở cho trẻ em với dây co giãn - 01 Miếng ngậm miệng - 01 Ống thông mũi (không xâm lấn) - 01 Ống dẫn khí - 01 Bộ lọc khí

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/ Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình
				- 01 Sách HDSD Thông số kỹ thuật: - Máy nén: Bơm pittông không dầu và không cần bảo dưỡng - Nguồn vào: 230V – 50Hz (có sẵn các điện áp khác tùy theo yêu cầu) - Nguồn điện tiêu thụ: 170VA - Áp suất dòng khí thổi tối đa: 3.0bar – 43.5 psi – 300 kPa - Áp suất hoạt động: 1.30bar – 18.9 psi – 130 kPa - Tốc độ phun dẫn khí tối đa: 16 lít/phút - Tốc độ khí hoạt động: 5.2 lít/phút - Tốc độ phun khí dung với 4 ml dung dịch: 0,50 ml/phút - Kích thước hạt phun: 3,25 μm (tuân theo tiêu chuẩn EN 13544-1) - Nồng độ hạt có thể hít sâu (<5μm): > 70% - Chu trình hoạt động: Không ngừng/liên tục - Mức độ ồn (tiêu chuẩn EN 13544-1): Khoảng 60 dBA - Trọng lượng: 1.6kg Kích thước (thân máy): 14 x 12 x 23, cm5
6	Máy hút dịch 2 bình	Cái	01	Cấu hình yêu cầu: Máy chính: 01 cái. Phụ kiện bao gồm:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú/ Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình
				+ Ống hút bụng: 01 cái + Ống cầu chì: 02 cái + Bộ lọc khí: 02 cái + Ống hút mềm: 01 cái + Dây nguồn: 01 cái + Công tắc chân: 01 cái Thông số kỹ thuật - Chân không cao, lưu lượng cao - Nguồn điện đầu vào: 180VA - Nguồn cấp: AC220V±10%, 50Hz - Chân không tối đa: ≥80kPa - Phạm vi chân không điều chỉnh: 20kPa - Chân không tối đa - Tốc độ hút: ≥ 20L/phút - Độ ồn: ≤60dB(A) - Bình đựng dịch (thủy tinh): 2500ml/bình (02 bình)

